MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-208	PS/CMAG/92781

PRODUCTO

- Centricity PACS-IW
- Centricity PACS-IW con Universal Viewer (UV-IW) con base PACS-IW
- Centricity Universal Viewer con base PACS-IW (UV-IW)

FINALIDAD PREVISTA

Proporcionar imágenes con fines de diagnóstico por parte de profesionales capacitados.

VERSION SOFTWARE

- Centricity PACS-IW: 3.6.x a 3.7.3.9 SP3.
- Centricity PACS-IW: con Universal Viewer con base PACS-IW: 5.0.x.
- Centricity Universal Viewer con base PACS-IW: 6.0 a 6.0 SP7.1.

FABRICANTE

GE Healthcare, EE.UU.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España. S.A.U. C/ Gobelas 35-37. 28023, Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Centricity PACS-IW, Centricity PACS-IW con Universal Viewer con base PACS-IW y Centricity Universal Viewer con base PACS-IW, debido a que, en determinadas circunstancias, se podría producir un error de identificación del paciente

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z V N C K A E 6 9 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89