

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-211	<b>REFERENCIAS</b> PS/PRV/92171 y PS/PRV/92172
<b>PRODUCTOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dentasept SH Pro Wipes , referencia: 2477655EC (6 x 100 toallitas)</li> <li>Wip'Anios Excel , referencia: 2446655Y7 (6 x 100 toallitas)</li> <li>Disinfectant Detergent Wipes, referencia: 2786655HU</li> </ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Toallitas desinfectantes para dispositivos médicos invasivos	
<b>Nº LOTE</b> E35011S, E20603S (Dentasept SH Pro Wipes) E33414S (Wip'Anios Excel) E24313S (Disinfectant Detergent Wipes)	
<b>FABRICANTES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>D.M.D, Francia (Dentasept SH Pro Wipes, Disinfectant Detergent Wipes )</li> <li>Laboratoires Anios, Francia (Wip'Anios Excel)</li> </ul>	
<b>DISTRIBUIDORES</b> Proclinic S.A, Passeig De La Zona Franca, 111, 08038, Barcelona	
<b>ASUNTO</b> Ampliación del cese de utilización al lote E20603S de las toallitas desinfectantes Dentasept SH Pro Wipes, y al lote E24313S de las toallitas Disinfectant Detergent Wipes, debido a una posible contaminación con <i>Achromobacter sp.</i>	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> En abril de 2023, el fabricante Anios Laboratories envió una nota de aviso informando del cese de utilización del lote E35011S de las toallitas desinfectantes Dentasept SH Pro Wipes y del lote E33414S del Wip'Anios Excel, debido a una posible contaminación con <i>Achromobacter sp.</i> La AEMPS transmitió esta información el 13 de abril de 2023, alerta 2023-176.  La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso ampliando el cese de utilización al lote E20603S de las toallitas desinfectantes Dentasept SH Pro Wipes y al lote E24313S de las toallitas Disinfectant Detergent Wipes.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	

