DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-212	PS/PL/92306

PRODUCTO
Cabezal de Cámara 4K, modelo CH-S400-XZ-EB.

FINALIDAD PREVISTA
Indicado para su uso con endoscopios, unidades de control de cámara y otros equipos auxiliares Olympus para el diagnóstico endoscópico, el tratamiento y la observación.

Nº SERIE
Todos los números de serie posteriores a 7030001 e inferiores a 7231311.

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U., Pl. Europa, 10, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el Cabezal de Cámara 4k Olympus CH-S400-XZ-EB, debido a que no es compatible con la esterilización en autoclave.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 27/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R S 8 X L K E F 5 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89