DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-217	PS/CMAG/92308

PRODUCTO
Tempus LS. Referencia: 3.940590. UDI-DI: 07613365001693

FINALIDAD PREVISTA
Desfibrilador externo para tratar la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular mediante desfibrilación manual y automática y, en modo cardioversión, para tratar la fibrilación auricular.

Nº SERIE
Todos los números de serie por debajo del 7021.002164
Todos los números de serie desde el 7021.002204 hasta el 7021.002285

FABRICANTE
Schiller, Suiza

DISTRIBUIDOR
Remote Diagnostic Technologies Ltd. Ascent 1, Farnborough Aerospace. Center Aerospace Boulevard, Farnborough GU14 6XW, Gran Bretaña.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados desfibriladores externos Tempus LS, debido a un posible fallo de comunicación entre la placa principal y el módulo desfibrilador/marcapasos que podría afectar a la función de estimulación del dispositivo

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F L 8 6 S B C 6 9 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89