DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2023-219 | PS/AVG/92848 |

**PRODUCTO**
Anclaje BIOKNOTLESS®.
Ver números de modelo afectados en la nota de aviso de la empresa.

**FINALIDAD PREVISTA**
Fijación de tejidos blandos al hueso.

**FABRICANTE**
DePuy Mitek, EEUU.

**DISTRIBUIDOR**
Johnson & Johnson S.A. Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionadas con los anclajes BIOKNOTLESS, debido a que la punta del introductor podría romperse y desprenderse durante su utilización, y quedar alojada en el paciente.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 04/05/2023**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: F L X B Y 6 Q 4 9 E**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89