MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-226	PS/AVG/93084

PRODUCTO
Hematíes Capture-P® Indicator. Código del producto: 0066240. UDI-DI: 10222234001256.

FINALIDAD PREVISTA
Para uso en los ensayos en fase sólida Capture-P y Capture-P Ready-Screen para la detección de los anticuerpos IgG frente a plaquetas.

Nº LOTE
226520.

FABRICANTE
Immucor, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Immucor Medizinische Diagnostik GmbH. Robert-Bosch-Str. 32 63303 Dreieich, Alemania.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 226520 de los hematíes Capture-P® Indicator, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos negativos por perdida de potencia.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/05/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q G A 8 N 6 G 5 3 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89