DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-227	PS/PRV/92839

PRODUCTO
Clips reposicionables de un solo uso HX-202LR y HX-202UR
Ver referencias y números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Colocación endoscópica de clips en el tracto gastrointestinal con fines de marcación endoscópica, hemostasia o para el cierre de perforaciones luminales.

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U., Pl. Europa, 29-31, 08908 L'Hospitalet de Llobregat

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de los clips reposicionables de un solo uso HX-202LR y HX-202UR, debido a problemas en la apertura/cierre del clip o a un desprendimiento del tejido antes de lo esperado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/05/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 P Q Z 4 6 Y F 1 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89