MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-229	PS/NA/93032

PRODUCTO
Software Universal Copy Service (UCS) utilizado en los equipos:
- MiSeq Dx (UDI: 00816270020002)
- NextSeq 550Dx (UDI: 008162700020125)

Ver los números de catálogo afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Software de acceso remoto a los equipos de secuenciación Next Seq 550Dx y MiSeq DX de Illumina.

FABRICANTE
Illumina Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Illumina Productos de España SL. Pza. Pablo Ruíz Picasso 1, planta 38 (Torre Picasso), 28020 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el Software Universal Copy Service (UCS) utilizado en los equipos de secuenciación MiSeq Dx y NextSeq 550Dx de Ilumina, debido a que se ha identificado internamente una vulnerabilidad de ciberseguridad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/05/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P Z W V C Y Q F E A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89