DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-231	PS/RJC/93126

PRODUCTO
Sillones de tratamiento 500 XLE, referencias: 15000004 y 15000006.

N^{OS} SERIE
Referencia 15000004. Números de serie: 2000 – 2999.
Referencia 15000006. Números de serie: 3000 – 4506.

FABRICANTE
UFSK-International OSYS GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Medical Mix S.L., C/ Amposta 20, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de serie de los sillones de tratamiento 500 XLE, debido a la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, se produzca un mayor desgaste, exteriormente indetectable, del accionamiento del asiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 12/05/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A 2 Y 4 6 8 Y 9 B 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89