ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-238	PS/RJC/93645

PRODUCTO
Kit Calibrador 20 de Productos Químicos VITROS; código de producto: 6801704; UDI: 10758750006687.

FINALIDAD PREVISTA
Se utiliza para calibrar los Sistemas Químicos VITROS 5,1 FS/4600 y los Sistemas Integrados VITROS 5600/XT 7600 para los ensayos de Transferrina, C3, C4, IgA, IgG e IgM.

Nº LOTE
2022

FABRICANTE
Ortho Clinical Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
QuidelOrtho, C/ Vía de los Poblados 1, 28033, Madrid, España.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 2022 del Kit Calibrador 20 de Productos Químicos VITROS debido a la posibilidad de causar resultados sesgados en los ensayos de Transferrina, C3, C4, IgA, IgG e IgM.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa