MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-237	PS/JMP/92305

PRODUCTO
Ventiladores Trilogy Evo, Evo O_2, EV300 y Evo Universal.
Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Proporcionan ventilación con presión positiva continua o intermitente para el cuidado de las personas que requieren ventilación mecánica.

FABRICANTE
Philips Respironics, Inc., EE.UU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U. c/María de Portugal, 1. C.P. 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los ventiladores Trilogy Evo, Evo O_2, EV300 y Evo Universal debido a una posible oclusión parcial del sensor de flujo interno por acumulación de residuos ambientales.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/05/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 P R W A J T D 8 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89