DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-241	PS/RJC/93373

PRODUCTO

- Tijeras verticales, 25 G; referencia: SC25.D01
- Tijeras curvas horizontales, 25 G; referencia: SC25.D03

FINALIDAD PREVISTA

Microtijeras vitreorretinianas desechables diseñadas para cortar tejidos del segmento anterior o posterior en intervenciones quirúrgicas oftálmicas.

Nº LOTE

Referencia SC25.D01: Lote 20228851
Referencia SC25.D03: Lote 20228641

FABRICANTE

Vitreq B.V., Países Bajos.

DISTRIBUIDOR

Medical Mix S.L.U. Carrer Amposta, 20, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados números de lote y referencias de las microtijeras desechables Vitreq 25 G, debido a un etiquetado incorrecto relacionado con la descripción del tipo de microtijeras que contiene.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/05/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F K W Y A 4 A 6 C 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89