MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-248	PS/NA/93692

PRODUCTO

Gel de ultrasonidos Turkuaz incluido en el equipo para procedimientos estériles Medline.
La empresa indicará a cada centro las referencias y nºs de lote afectados en la Tabla 1 del formulario de acuse de recibo de la nota de aviso.

FABRICANTE

Turkuaz Saglik, Turquía.

AGRUPADOR

Medline International France SAS., Francia.

DISTRIBUIDOR

Medline International Iberia S.L.U. Parque Empresarial San Fernando, Avda de Castilla 2, pl. baja, local B, edificio Munich, San Fernando de Henares, 28830 Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado y cese de la distribución de determinadas referencias y lotes del gel de ultrasonidos Turkuaz, incluido en el equipo para procedimientos estériles Medline, debido a que no se puede garantizar la esterilidad del gel.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/05/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B 5 J W 9 C Z 2 4 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89