MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-245	PS/AVG/93679

PRODUCTO
Ventilador de emergencia y transporte Oxylog 3000 plus. Números de referencia: 5704811 y 5704813. UDI-DI: 040486751304015FK19Z000XW.

FABRICANTE
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Dräger Hispania, SAU. Calle Xaudaro, 5, 28034, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de firmware relacionadas con los ventiladores Oxylog 3000 plus debido a un posible fallo de conexión a la red eléctrica después de funcionar con batería.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/05/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T S Y B 2 P N F 8 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89