ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-250	PS/MAM/93442

PRODUCTO

- Cable de fibra óptica SafeLight transparente 5 mm X 3,05 m. Referencias: 0233050100 y 0233050100I.
- Cable de fibra óptica SafeLight gris 5 mm X 3,05 m. Referencias: 0233050200 y 0233050200I.

FINALIDAD PREVISTA

Transmitir luz desde una fuente de luz a un endoscopio durante procedimientos endoscópicos.

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Stryker Endoscopy. EEUU.

DISTRIBUIDOR

Stryker Iberia S.L. C/ Sepúlveda, 17. 28108, Alcobendas, Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los cables de fibra óptica SafeLight transparente y SafeLight gris debido a que por un defecto en la fabricación se produzcan problemas en la salida de luz del dispositivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/05/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 A N G K A K B C B