MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-247	PS/NA/93691

PRODUCTO
Gel de ultrasonidos Turkuaz incluido en el kit de fundas de sonda Medline.
La empresa indicará a cada centro las referencias y nºs de lote afectados en la Tabla 1 del formulario de acuse de recibo de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Turkuaz Saglik, Turquía.

AGRUPADOR
Medline International France SAS., Francia.

DISTRIBUIDOR
Medline International Iberia S.L.U. Parque Empresarial San Fernando, Avda de Castilla 2, pl. baja, local B, edificio Munich, San Fernando de Henares, 28830 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado y cese de la distribución de determinadas referencias y lotes del gel de ultrasonidos Turkuaz incluido en el kit de fundas de sonda Medline, debido a que no se puede garantizar la esterilidad del gel.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/05/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N Y D C D P V 0 4 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89