DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-267	PS/MJF/92730

PRODUCTO

Camas geriátricas con mando SafeControl® 01-011539, 01-011541 o 01-011989:

- Sentida 1, 3, 4, 5, 5-le y 6-le
- Sentida SC,
- Movita
- Movita Casa

FABRICANTE

Wissner-Bosserhoff GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

LINET Iberia; C/ Bruselas nº 8. 28232 Las Rozas, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con las camas geriátricas Sentida 1, 3, 4, 5, 5-le y 6-le, Sentida SC, Movita y Movita Casa, con mandos SafeControl® 01-011539, 01-011541 o 01-011989, debido a que al desconectarse el mando de la red eléctrica y restablecerse después el funcionamiento en la red, este vuelve al modo de paciente preajustado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Complemento a las instrucciones de uso de las camas geriátricas

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/06/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N 3 4 G 4 9 A E 3 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89