MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-272	PS/AVG/93370

PRODUCTO
Aplicación SmartDrive MX2+ para los relojes de pulsera PushTracker E2 y E3.
Ver números de pieza afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Diseñada para usarse en los relojes de pulsera PushTracker E2 y E3 a fin de operar el sistema de propulsión de sillas de ruedas SmartDrive MX2+ Power Assist.

FABRICANTE
Max Mobility LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Permobil Medical Devices and Services S.L. C. de Estébanez Calderón, 3, 28020 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la aplicación SmartDrive MX2+ para los relojes de pulsera PushTracker E2 y E3 utilizados con el dispositivo SmartDrive MX2+ Power Assist debido a la posibilidad de que la aplicación falle impidiendo que el usuario pueda detener el motor del dispositivo de asistencia mediante los gestos manuales cuando se desplaza hacia delante.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.
- Nota informativa PS, 25/2023.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 06/06/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B L C F 5 T S B B B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89