MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-276	PS/MJF/93713

PRODUCTO AFECTADO
Cartucho de batería y electrodos de un solo uso Pad-Pak 03

FINALIDAD PREVISTA
Utilizados con el desfibrilador HeartSine samaritan® PAD para uso en víctimas de paro cardíaco.

Nº LOTE
Ver lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
HeartSine Technologies LLC, EE UU

DISTRIBUIDOR
STRYKER IBERIA, S.L; C/Sepúlveda, 17. 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de cartuchos de batería y electrodos de un solo uso Pad-Pak-03, utilizados con el desfibrilador HeartSine samaritan® PAD, debido a la posibilidad de que puedan dejar de funcionar por un agotamiento de la batería.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/06/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A 8 X L A 8 T B 1 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89