DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-278	PS/CMAG/93300

PRODUCTO
Broncoscopios Olympus de la serie BF
Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Diagnóstico y tratamiento endoscópicos en el árbol traqueobronquial, en las vías respiratorias.

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia S.A.U. Pl. d'Europa, 10, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados broncoscopios Olympus de la serie BF, debido al riesgo de lesiones endobronquiales en procedimientos terapéuticos con láser

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 12/06/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V N X D 7 P D 2 9 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89