MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-282	PS/RJC/94818

PRODUCTO
Sistema de automatización de laboratorio DxA 5000, referencia B50516.

FABRICANTE
Beckman Coulter Biomedical GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
- Beckman Coulter S.L.U. Torre Realia. Plaza Europa 41-43, 4ª planta. C.P. 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
- Beckman Coulter S.L.U. Calle de Valgrande, 8. C.P. 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema de automatización DxA 5000, debido a que por un error del software no se está aplicando la configuración para identificar las pruebas que no deben realizarse en función del tipo de tubo específico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 16/06/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 3 T C F N T 8 1 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89