DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-288	PS/CMAG/94286
PRODUCTO Máquinas para caminar Trackmaster. Ver productos afectados en tabla 1 de la nota de aviso de la empresa	
FINALIDAD PREVISTA Dispositivos para pruebas de esfuerzo	
Nº SERIE Ver en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Full Vision Inc, EE.UU.	
DISTRIBUIDOR GE Healthcare Finland Oy. Teollisuuskatu 29 , 00510 Helsinki, Finlandia	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas máquinas para caminar Trackmaster, debido a la posibilidad de que se produzca una aceleración rápida e inesperada, movimiento en sentido contrario o detención por inercia de forma inesperada de la cinta.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/06/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B 7 T K 8 4 Q C 5 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89