MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-290	PS/MJF/94493

PRODUCTO
Injerto vascular bifurcado de punto Hemagard. Referencia HGK2010.

FINALIDAD PREVISTA
Diseñado para la reparación quirúrgica, la derivación o la sustitución de la aorta abdominal y las arterias periféricas cuando se requiere una intervención quirúrgica abierta.

Nº LOTE
23D20

Nº SERIE
1460007138

FABRICANTE
Intervascular SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L; C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2. 28521 Rivas Vaciamadrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 23D20 del injerto vascular Hemagard, y número de serie 1460007138, debido a la presencia de un pequeño bucle de hilo dentro del lumen del injerto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/06/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L R B P 9 X 2 F 5 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89