MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-289	PS/NA/94032
PRODUCTO Mobilediagnost wDR. Ver referencia de los modelos afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema móvil de radiografía digital.	
VERSION SOFTWARE Ver en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Philips Medical Systems DMC GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica SAU. C/ María de Portugal, 1, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y versiones de software del sistema Mobilediagnost wDR que se ejecutan en el sistema operativo Windows 10, debido a que el certificado de software que protege el inicio de sesión del usuario de Eleva caducó el 15 de mayo de 2023.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/06/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S P J W 8 8 9 A D 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89