

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-291	REFERENCIA PS/PRV/94814
PRODUCTO Matriz para regeneración de la duramadre DUREPAIR®. Unidades distribuidas antes del 22 de mayo de 2023. Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Medtronic Inc., EEUU	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica, S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas matrices para regeneración de la duramadre DUREPAIR® debido a que podrían presentar valores de endotoxinas fuera de especificaciones.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

