MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-293	PS/PRV/94453

PRODUCTOS

Monitores Intellivue MX40:

- Smart Hopping de 1,4 GHz MX40, referencia 865350
- Smart Hopping de 2,4 GHz MX40, referencias 865351, 867146
- IntelliVue MX40 802.11a/b/g/n, referencia 865352

FINALIDAD PREVISTA

Monitor portátil de parámetros fisiológicos.

FABRICANTE

Philips Medical Systems, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

Philips Iberica S.A. C/ María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados monitores Intellivue MX40, debido a la posibilidad de que no se produzca una monitorización del paciente ni emisión de alarmas, cuando se utiliza en modo “En espera”

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para distribuidores
- Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/06/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 V 6 G V 9 3 F 4 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89