DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-301	PS/CMAG/94612

PRODUCTO

- Envases de infusión avanzada VERITAS™, referencia: VRT-AI.
- Envases de gestión avanzada de líquido VERITAS™, referencia: VRT-AF.

FINALIDAD PREVISTA

Envases de infusión avanzada y envases de gestión avanzada de líquidos

FABRICANTE

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. EE.UU.

DISTRIBUIDOR

J.J. Surgical Vision Spain, S.L.U. Paseo Doce Estrellas, 5 – 7. 28042, Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de los envases VERITAS™, referencias VRT-AI y VRT-AF, debido a que por un problema de fabricación podría haber una protrusión de la soldadura que supera la especificación del diseño.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/06/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N A 5 B 5 P A A 1 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89