MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-300	PS/MTM/94707
PRODUCTO Guantes quirúrgicos estériles de látex MEDISTOCK	
Nº LOTE CJ21-8180	
FABRICANTE Anhui Anyu Latex Products Co., Ltd., China.	
DISTRIBUIDOR PROCLINIC S.A.U. Plataforma Logística Plaza, C/ palermo 9, 50197 Zaragoza.	
ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado del lote CJ21-8180 de los guantes quirúrgicos estériles de látex MEDISTOCK, debido a contaminación con *Bacillus Megaterium*.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/06/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y C F K J K N C 1 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89