DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-303	PS/MTM/95180

PRODUCTO
Sistema de información clínica MetaVision

FINALIDAD PREVISTA
Documentación, interactuación, conversión, presentación y almacenamiento de información clínica y del flujo de trabajo, la gestión de órdenes y de medicamentos, el apoyo para la toma de decisiones y el análisis en el entorno sanitario.

VERSION SOFTWARE
6.0, 6.9, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 y 6.20

FABRICANTE
iMDsoft Ltd., Israel.

DISTRIBUIDOR
Conasa. Pº Santxiki 1, Edificio K, 31192 Mutilva, Navarra.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones de software del sistema de información clínica MetaVision, debido a que podría realizar un cálculo incorrecto de la cantidad de orden/dosis.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/06/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F Z Q 4 K A B 6 0 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89