MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-304	PS/PRV/94667

PRODUCTO
Sistemas Philips Azurion y Allura Xper instalados con la opción FlexMove.
Ver modelos y códigos de productos afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de imagen por Rayos X para procedimientos vasculares, no vasculares, cardiovasculares y neurológicos.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A. María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos y números de serie de los sistemas Azurion y Allura Xper instalados con la opción FlexMove, debido a que los pernos que sujetan el carro FlexMove podrían aflojarse y romperse ocasionando su caída o la pérdida de movimientos mecánicos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/06/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 W Y F W F A 8 B 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89