MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-316	PS/PL/95223

PRODUCTO

- Tornillo de montaje Aequalis Flex Revive 0 mm, referencia ARS655118.
- Tornillo de montaje Aequalis Flex Revive 0 mm corto, referencia ARS655101.

FINALIDAD PREVISTA

Se utilizan para conectar el cuerpo proximal y los componentes del vástago distal del sistema de hombro Aequalis Flex Revive

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

TORNIER INC, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Stryker Iberia S.L, C/ Sepúlveda 17, 28108 Alcobendas, Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados tornillos de montaje Aequalis Flex Revive 0 mm debido a que el producto identificado en el etiquetado no es correcto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P 3 9 2 J N G 0 0 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89