DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-314	PS/PL/94573

PRODUCTO
Neuroestimulador Implantable (INS) Vanta™ modelo 977006
UDI: 00763000478087; 00763000411923 y 00763000518615

FINALIDAD PREVISTA
Genera impulsos eléctricos y proporciona estimulación a través de uno o más electrodos como parte de un sistema de estimulación para la terapia contra el dolor.

FABRICANTE
Medtronic Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica, C/ Maria de Portugal 11, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los neuroestimuladores implantables Vanta™, debido a posibles daños en el dispositivo tras un procedimiento de cardioversión.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa PS, 31/2023

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C N 3 8 X 2 Q 5 A 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89