DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-321	PS/PL/95379

PRODUCTO

- Catéteres de hemodiálisis aguda de triple lumen Mahurkar™
- Catéter de hemodiálisis aguda de triple lumen y alta presión (HP) Mahurkar™

Ver listado de los modelos afectados en la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA

Acceso venoso central durante breves periodos para hemodiálisis, aféresis e infusión.

Nº LOTE

Ver en anexo B listado de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Covidien IIc, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Medtronic Ibérica S.A, C/ María de Portugal, 11, 28050 Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado y cese de utilización de determinados catéteres de hemodiálisis Mahurkar™ debido a una posible oclusión en la punta del catéter.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W 7 9 4 7 D D 2 A 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89