ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-318	PS/MAM/94352

PRODUCTO
Accu-Chek Solo.
Ver modelos y referencias afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
El administrador de diabetes es el control remoto que se utiliza para la monitorización de la microbomba de insulina Accu-Chek Solo y como apoyo para el tratamiento de la diabetes; también contiene un medidor de glucemia. Con el administrador de diabetes se puede programar la administración de insulina basal y bolos.

VERSION SOFTWARE
Versión de firmware 20.33 y 20.55

FABRICANTE
Roche Diabetes Care GmbH. Alemania.

DISTRIBUIDOR
Roche Diabetes Care Spain, S.L. Av. de la Generalitat, 171-173. 08174, Sant Cugat del Vallès. Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el Administrador de diabetes Accu-Chek Solo debido a la posibilidad de que la pantalla *Datos de bolo* muestre datos incorrectos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa profesionales sanitarios
- Nota de aviso empresa pacientes
- instrucciones de manejo para el sistema Accu-Chek Solo
- Nota informativa PS 32/2023