

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-323	REFERENCIA PS/NA/95498
PRODUCTO Estación de trabajo BD ALARIS Gateway. Ver nº de referencias afectadas en el Apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Bomba de infusión volumétrica automática y de administración de terapias de infusión de forma precisa y fiable en un amplio rango de velocidades.	
FABRICANTE BD Switzerland Sarl., Suiza.	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson Rowa Spain. Cam. de Valdeolivas, s/n, Polígono industrial norte, 28750 San Agustín del Guadalix, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias de la estación de trabajo BD Alaris Gateway, debido a que no se puede declarar que cumple la protección contra la entrada de fluidos de acuerdo con el estándar internacional IP22/IPX1.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

