DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-327	PS/JMP/95581

PRODUCTO

- Video-enteroscopio PSF-1. Referencia: N5788540
- Tubo PowerSpiral de un solo uso DPST-1. Referencia: N5788700
- Unidad de control PowerSpiral PSCU. Referencia: N6003260

FABRICANTE

Olympus Medical Systems Corp., Japón

DISTRIBUIDOR

Olympus Iberia. Plaza Europa 10, 08902, L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado del video-enteroscopio PowerSpiral PSF-1 y sus accesorios PowerSpiral DPST-1 y la unidad de control PowerSpiral PSCU, debido a que la rotación del video-enteroscopio podría detenerse y dificultar su inserción y extracción durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L Q 7 8 K 5 P D F F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89