MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-326	PS/MJF/95381

PRODUCTO

Trocar MINOP®, diámetro exterior 6 mm y 4 canales, del Sistema Modular Neuroendoscópico MINOP.

- Referencia FF399R.
- UDI-DI: 40392390000028743J

FINALIDAD PREVISTA

Diagnósticos endoscópicos y terapias en el sistema nervioso central, principalmente dentro de los ventrículos cerebrales.

Nº LOTE Y Nº SERIE

Ver nºs de lote y serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Aesculap AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR

B.BRAUN SURGICAL, S.A; Ctra. Terrassa, 121. 08191 Rubí, Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados trocares MINOP, debido a que cuando se conectan con los neuroendoscopios MINOP de 0° y de 30°, provocan una restricción del campo de visión.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K 6 9 D T F S 3 C A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89