DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-328	PS/MJF/95425

PRODUCTO
Unidad de visualización Ambu® aView™ 2 Advance; Referencia 405011000
(fabricadas antes del 30 de octubre de 2020)

FINALIDAD PREVISTA
Mostrar datos de imágenes en tiempo real procedentes de dispositivos de visualización compatibles.

Nº VERSION
054, 055, 056 y 058.

FABRICANTE
Ambu A/S, Dinamarca.

DISTRIBUIDOR
FIRMA AMBU, S.L., C/ Santa Leonor 65. Edificio B. Planta Baja - Puerta Derecha. 28037, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas unidades de Ambu® aView™ 2 Advance, debido a que podría producirse un cortocircuito tras un posible impacto o caída de la unidad, y hacer que la batería de iones de litio del dispositivo comience a arder.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Anexo 2: Complemento a las Instrucciones de Uso

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 7 C Q Z 6 J D B E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89