

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS  
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSIFICADO**

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-329	<b>REFERENCIA</b> PS/VCG/CCF/5909	
<b>PRODUCTO</b> Desechables para Anestesia y Respiración. Aguja de anestesia desechable y Kit de anestesia		
<b>FABRICANTE</b> YangZhou SUSMED IMPORT&EXPORT CO.,LTD Room 815, block C, canal city square, Guangling District, Yangzhou, Jiangsu. China		
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b> Shangai International Holding Corporation GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Alemania		
<b>ASUNTO</b> Detección en el mercado europeo de dos certificados de marcado CE falsificados.		
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>		
<b>Datos de los certificados CE falsificados</b>		
<b>Organismo Notificado y nº de identificación</b>	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
<b>Número de certificado</b>	0123/G7.17.04.82107.009	0123/G1.17.12.82107.013
<b>Fabricante</b>	YangZhou SUSMED IMPORT&EXPORT CO., LTD Room 815, block C, canal city square, Guangling District, Yangzhou, Jiangsu. China	
<b>Representante autorizado</b>	Shangai International Holding Corporation GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Alemania	
<b>Productos:</b>	Desechables para Anestesia y Respiración. Aguja de anestesia desechable y Kit de anestesia	Aguja de anestesia desechable y Kit de anestesia
<b>Fecha de emisión</b>	01-03-2018	07-05-2018
<b>Fecha de caducidad</b>	11-12-2022	06-05-2023
<p>El Organismo Notificado TÜV SÜD Product Service GmbH sí ha emitido dos certificados de marcado CE válidos, con los mismos números, para el fabricante Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd, China y para los mismos productos.</p>		





**DOCUMENTOS ADJUNTOS**

- Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 34 /2023
- Certificados de marcado CE falsificados.

