MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-334	PS/MTM/95427

PRODUCTO
Liquid Urine Control Level 2.
Número de catálogo UC5074.

Nº LOTE
1209UC

FABRICANTE
Randox Laboratories Ltd., Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Laboratorios Randox S.L. C/ d'Enric Prat de la Riba 226, 08901 Hospitalet Del Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 1209UC del Control de orina líquido Nivel 2, debido a un error en la información de la prueba de creatinina en las instrucciones de uso y a la posibilidad de obtener resultados incorrectos para las determinaciones de hCG y de cortisol, y revisión de resultados anteriores.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N J G D V 2 6 B D F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89