MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-342	PS/MAM/95925
PRODUCTO Diacan® Flex 14G 2,2x25mm, código de producto 7021425-01.	
FINALIDAD PREVISTA Catéter de acceso vascular periférico con sistema de seguridad pasivo.	
Nº LOTE 22K19G8371	
FABRICANTE B. Braun Avitum AG. Alemania.	
DISTRIBUIDOR B. Braun Medical, S.A.U. Carretera de Terrassa, 121. 08191, Rubí. Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 22K19G8371 del catéter de acceso vascular periférico con sistema de seguridad pasivo Diacan® Flex 14G 2,2x25mm debido a que el escudo de seguridad destinado a evitar posibles pinchazos de aguja podría fallar.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D 5 Q N S R Z D A 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89