DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-349	PS/CMAG/95952

PRODUCTO
Set GORE TIPS
Nº de catálogo TSET1016

FINALIDAD PREVISTA
Set de acceso hepático transyugular percutáneo durante los procedimientos de diagnóstico e intervención en pacientes que se someten a un procedimiento de derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS).

Nº LOTE
1V00099635, 1V00166928 y 1V00199622

FABRICANTE
Creganna Medical, Irlanda

DISTRIBUIDOR
W. L. Gore. C/ Ciutat de Granada 178. 08018 Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de dispositivos set GORE TIPS debido a la posibilidad de que el etiquetado muestre una fecha de caducidad incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B Q 2 4 K R E 7 D 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89