DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-346	PS/AVG/95798

PRODUCTO
Transductor 3D9-3v para los sistemas de ecografía de Philips: EPIQ Elite, Affiniti 30, 50 y 70, ClearVue 850, HD15, iU22, Compact 5000.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Ultrasound, Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinados transductores 3D9-3v para sistemas de ecografía de Philips, debido a que podrían desmontarse durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B V X L T S L 9 8 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89