MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-356	PS/RJC/96502

PRODUCTO

Sistemas de resonancia magnética (RM):

- Vantage Galan 3T MRT-3020
- Vantage Centurian MRT-3020
- Vantage Titan 3T MRT-3010

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de visualización para diagnóstico que se utiliza para adquirir imágenes tomográficas del cuerpo humano basándose en el fenómeno de resonancia magnética (RM).

Nº SERIE

Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Canon Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR

Canon Medical Systems S.A., Camino de la Zarzuela, 19 – 3º Planta – 28023 Madrid, España.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de RM Vantage Galan 3T MRT-3020, Vantage Centurian MRT-3020 y Vantage Titan 3T MRT-3010, debido a la posibilidad de que generen fuego y/o humo en el sistema.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 27/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K Z 6 C P J C 0 C 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89