MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-358	PS/AVG/96419
PRODUCTO Jeringas INJEKT 10 ml, código de producto: 4606108V.	
N^{os} LOTE 22M21C8, 22N08C8, 22N12C8, 22N19C8, 23A02C8, 23A05C8, 23A16C8.	
FABRICANTE B.Braun Melsungen AG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR B. Braun Medical, S.A.U. Carretera de Terrassa, 1208191 Rubí, Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de jeringas INJEKT 10 ml debido a que se han identificado desviaciones que podrían comprometer la integridad del envasado estéril.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A 4 W W 5 X T 1 9 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89