DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2023-359 | PS/MAM/96413 |

**PRODUCTO**
Filtro/HME TwinStar® Plus
Ver referencias y números UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.

**FABRICANTE**
Drägerwerk AG & Co. KGaA. Alemania.

**DISTRIBUIDOR**
Dräger Hispania, SAU. Calle Xaudaró, 5. 28034, Madrid.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias del filtro/HME TwinStar® Plus debido a la posibilidad de que se produzca una desaturación en el paciente debido a la obstrucción del filtro por condensación.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 28/07/2023**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: R A T 2 6 8 3 2 E C**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89