MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-360	PS/PF/96430

PRODUCTO
Easymoov6, referencia 0VEPM6C06.
UDI-DI 03660812096614.

FINALIDAD PREVISTA
Bomba de alimentación enteral.

FABRICANTE
Medwin France, Francia.

DISTRIBUIDOR
VYGON SAU, C/ Ciudad de Sevilla nº 34, 46988 Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna, Valencia.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con las bombas de alimentación enteral Easymoov6, referencia 0VEPM6C06, debido a que el sistema de detección podría no detectar una oclusión en sentido descendente cuando se administran determinados nutrientes, así como a la posibilidad de desbordamiento si no se coloca correctamente el tubo de silicona alrededor del rotor.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R C R F W 5 4 1 1 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89