MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-361	PS/MTM/96179

PRODUCTO
Filtros de jeringa Minisart® HY | SRP
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Sartorius Stedim Biotech GmbH., Alemania.

DISTRIBUIDOR
Sartorius Spain, S.A. C/ José Bardasano Baos, 9, 28016, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados filtros de jeringa Minisart® HY | SRP para aclarar que la capacidad de filtración estéril de soluciones y líquidos oleosos depende de las propiedades de la solución y que ésta debe ser previamente probada y validada por el usuario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para distribuidores
- Nota de aviso empresa para centros

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/07/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N X 9 K C Z X C 4 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89