MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-366	PS/PRV/96596

PRODUCTO
Clavo trocantérico anterógrado TRIGEN 11.5mm x 36cm, 130 grados izquierdo. Nº de producto 71647336

Nº LOTE
21KSM0598

FABRICANTE
Smith & Nephew, Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Smith & Nephew S.A. Calle Fructuós Gelabert nºs 2 y 4, Edificio Conata 1, 08970 - Sant Joan Despí, Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 21KSM0598 del clavo trocantérico anterógrado TRIGEN 11.5mm x 36cm, 130 grados izquierdo, debido a que contiene un clavo de tamaño incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 7 7 Q 3 Q Q 1 A 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89