MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-362	PS/TS/96029

PRODUCTO
Sistema de infusión Plum 360. Nº de catálogo: 30010
Fabricados entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2021

FINALIDAD PREVISTA
Indicado para uso en terapias parenterales, enterales y epidurales, y la administración de sangre y hemoderivados

FABRICANTE
ICU Medical, Inc., EE.UU.

DISTRIBUIDOR
ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L.
Av. de la Transición Española, 24 4ª Pl. – P.E. Omega. Edif. Gamma. 28108 Alcobendas (Madrid)

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema de infusión Plum 360, debido a la posibilidad de que la señal audible de la alarma no suene bajo ciertas condiciones.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/08/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F 2 Q P V B K A F C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89